

4-1. 機器利用申請

(KUMaCo マニュアル 2021年度版)

4-1. 機器利用申請

使用する共用研究機器を申請します。
画面左のバーの「機器利用申請」をクリックしてください

The screenshot displays the KUMaCo My Portal interface. The top navigation bar includes the KUMaCo logo, user information (ようこそ、線田 ささえさん), and utility links like 'マイポータル / My Portal', '登録情報の確認・変更 / Profile', and 'ログアウト / Log out'. The '運用年度' (Fiscal Year) is set to '2019年度'. A left-hand menu is visible, with '機器利用申請' (Instrument Registration) highlighted by a red box and a red arrow pointing to it. The main content area shows 'お知らせ / News' (News) with two announcements from 2020-01-27 regarding the start of KUMaCo's operations and a notice about a support center meeting.

KUMaCo
Kyoto University Management System for Core Facilities

ようこそ、線田 ささえさん マイポータル 運用年度 2019年度

MENU ×

- ドラッグディスカバリーセンター
Drug Discovery Center
- 共用研究機器
Research Instruments
- 機器利用申請**
Instrument Registration
- 機器予約
Time slot booking
- 予約済み機器一覧
Booking List
- 利用履歴
Usage history

マイポータル / My Portal

お知らせ / News

2020-01-27 共用研究機器
ドラッグディスカバリーセンター
Drug Discovery Center
Research Instruments
KUMaCoの稼働を開始しました。

2020-01-27 共用研究機器
ドラッグディスカバリーセンター
Drug Discovery Center
Research Instruments
現在募集中の共用研究機器説明会は以下のページをご確認ください。http://support-center.med.kyoto-u.ac.jp/SupportCenter/f_3#説明会

4-1. 機器利用申請

以下のページに移動します。少し下にスクロールしてください。

The screenshot shows the KUMaCo website interface. At the top, there is a header with the KUMaCo logo and navigation links: 'マイポータル / My Portal', '登録情報の確認・変更 / Profile', and 'ログアウト / Log out'. Below the header, a breadcrumb trail reads 'ようこそ、線田 ささえさん > マイポータル > 共用研究機器 > 機器利用申請'. A '運用年度' (Fiscal Year) dropdown is set to '2019年度'.

The main content area is titled '共用研究機器 / Research Instruments'. Underneath, it says '登録済み機器 / Equipment Enrolled'. There is a search form with a dropdown for '設置場所' (Installation Location) and a text input for '機器名' (Equipment Name). Buttons for '検索' (Search) and 'クリア' (Clear) are present.

Below the search form is a table of equipment:

選択	機器コード	機器名	機器名 (英字)	設置場所	利用要件
<input type="checkbox"/>	00001M0070	フローサイトメーター BD LSRFortessa(TM)	BD LSRFortessa(TM) Cell Analyzer	総合解剖センター棟 研究機器室	共用 医学研究支援センターにおいて昨年も利用し…

At the bottom right of the table area, there is a button labeled '選択機器の登録削除' (Delete Registration).

Below the table, there is a section for '未登録機器' (Not Registered Equipment) with the instruction: '(利用したい機器を選択し、機器を追加ボタンをクリックしてください。)' (Select the equipment you want to use and click the add equipment button).

A yellow vertical box on the right side of the page contains the text '下にスクロール↓' (Scroll down ↓).

4-1. 機器利用申請

申請できる共用研究機器がリストアップされています。
リストの中から利用したい機器を選択し、をいれてください。

未登録機器 (利用したい機器を選択し、機器を追加ボタンをクリックしてください。)

設置場所 -- 選択してください --

機器名

選択	機器コード	機器名	機器名 (英字)	設置場所
<input type="checkbox"/>	00001M0050	マルチラベルプレートリーダー A RVO X5	Multilabel Plate Reader ARVO X5	総合解剖センター棟 共用研究機器室
<input type="checkbox"/>	00001M0080	フローサイトメトリーデータ解析ソフトウェア FlowJo	Single-cell Flow Cytometry Analysis Software FlowJo	総合解剖センター棟 共用研究機器室
<input type="checkbox"/>	00001M0110	オールインワン蛍光顕微鏡 BZ-9000	All-in-One Fluorescence Microscope BZ-9000	総合解剖センター棟 共用研究機器室
<input type="checkbox"/>	00001M0113	オールインワン蛍光顕微鏡 BZ-9000 解析用PC	Analysis PC for BZ-9000	総合解剖センター棟 共用研究機器室
<input type="checkbox"/>	00001M0120	共焦点顕微鏡 Leica TCS SP8	Confocal Laser Scanning Microscope Leica TCS SP8	総合解剖センター棟 共用研究機器室
<input type="checkbox"/>	00001M0142	超遠心機 Optima XPN-100	Ultracentrifuge Optima XPN-100	総合解剖センター棟 共用研究機器室

4-1. 機器利用申請

☑をいれたら画面の一番下までスクロールしてください。

未登録機器 (利用したい機器を選択し、機器を追加ボタンをクリックしてください。)

設置場所 -- 選択してください --

機器名

検索 Search クリア Clear

選択	機器コード	機器名	機器名 (英字)	設置場所
<input type="checkbox"/>	00001M0050	マルチラベルプレートリーダー A RVO X5	Multilabel Plate Reader ARVO X5	総合解剖センター棟 共用研究機器室
<input type="checkbox"/>	00001M0080	フローサイトメトリーデータ解析ソフトウェア FlowJo	Single-cell Flow Cytometry Analysis Software FlowJo	総合解剖センター棟 共用研究機器室
<input checked="" type="checkbox"/>	00001M0110	オールインワン蛍光顕微鏡 BZ-9000	All-in-One Fluorescence Microscope BZ-9000	総合解剖センター棟 共用研究機器室
<input type="checkbox"/>	00001M0113	オールインワン蛍光顕微鏡 BZ-9000 解析用PC	Analysis PC for BZ-9000	総合解剖センター棟 共用研究機器室
<input type="checkbox"/>	00001M0120	共焦点顕微鏡 Leica TCS SP8	Confocal Laser Scanning Microscope Leica TCS SP8	総合解剖センター棟 共用研究機器室
<input type="checkbox"/>	00001M0142	超遠心機 Optima XPN-100	Ultracentrifuge Optima XPN-100	総合解剖センター棟 共用研究機器室

一番下にスクロール↓

4-1. 機器利用申請

ページ右下の「機器を追加」をクリックしてください。

<input type="checkbox"/>	00001M0470	384ウェル対応Real Time PCRシステム	QuantStudioTM 6 Flex Real-Time PCR System	医薬系総合研究棟 ドラッグディスカバリーセンター
<input type="checkbox"/>	00001M0480	共焦点顕微鏡型細胞イメージアナライザー OperaPhenix(TM)	OperaPhenix(TM) High Content Screening System	医薬系総合研究棟 ドラッグディスカバリーセンター
<input type="checkbox"/>	00001M0481	共焦点顕微鏡型細胞イメージアナライザー OperaPhenix(TM) 解析用PC	OperaPhenix(TM) High Content Screening System Analysis PC	医薬系総合研究棟 ドラッグディスカバリーセンター
<input type="checkbox"/>	00001M0500	生体分子間相互作用解析システム Octet RED96システム	Biomolecular Interaction Measuring Equipment Octet RED96 system	医薬系総合研究棟 ドラッグディスカバリーセンター
<input type="checkbox"/>	00001M0610	セルソーター MoFlo Astrios	Cell Sorter MoFlo Astrios	医薬系総合研究棟 ドラッグディスカバリーセンター
<input type="checkbox"/>	00001M0640	クロマトグラフィーシステム AKTA pure 25M	Chromatography Systems AKTA pure 25M	医薬系総合研究棟 ドラッグディスカバリーセンター

機器を追加
Register Instrument

↑

© 2019 Kyoto University. All Rights Reserved.

4-1. 機器利用申請

以下の画面がポップアップします。
利用要件のうち、自分に当てはまるものにチェックをいれたら
「この利用要件で機器の登録」をクリックしてください。

00001M0460 多穴プレート対応チップ型分注機 E DR-384SX 12 stage workstation EDR-384SX 医薬系総合研究棟 ドラッグディスカバリーセンター

医薬系総合研究棟 ドラッグディスカバリーセンター

医薬系総合研究棟 ドラッグディスカバリーセンター

医薬系総合研究棟 ドラッグディスカバリーセンター

医薬系総合研究棟 ドラッグディスカバリーセンター

医薬系総合研究棟 ドラッグディスカバリーセンター

医薬系総合研究棟 ドラッグディスカバリーセンター

機器を追加
Register Instrument

利用要件

- 医学研究支援センターにおいて昨年も利用していた
I used this instrumentation in Medical Research Support Center last year.
- 機器説明会を受講した
I attended the training course for this instrumentation.
- 同機器の扱いに習熟している
I am an experienced user of this instrumentation.
- 扱いに習熟している知人・センタースタッフ・メーカーに 習いながら使用する（事前にご相談下さい）
I will use this instrumentation with an experienced colleague, MRSC staff, or technical support staff of manufacturer (Please contact MRSC in advance).

この利用要件で機器の登録

4-1. 機器利用申請

下記のような画面に切り替わったら登録完了です。「閉じる」を押してください。
 * 万一画面が切り替わらない場合はブラウザの更新ボタンまたは戻るボタンを押してやりなおしてください。

The screenshot shows the KUMaCo web portal interface. A central dialog box with a green checkmark and the text "機器の追加登録が完了しました" (Additional registration of the instrument is complete) is displayed. Below the dialog is a "閉じる" (Close) button. The background shows the "共用研究機器" (Shared Research Instruments) section with a table of registered instruments.

選択	機器コード	機器名	機器名 (英字)	設置場所	利用要件
<input type="checkbox"/>	00001M0070	フローサイトメーター BD L SRFortessa(TM)	BD LSRFortessa(TM) Cell Analyzer	総合解剖センター棟 研究機器室	共用研 医学研究支援センターにおいて昨年も利用し…
<input type="checkbox"/>	00001M0110	オールインワン蛍光顕微鏡 BZ-9000	All-in-One Fluorescence Microscope BZ-9000	総合解剖センター棟 研究機器室	共用研 医学研究支援センターにおいて昨年も利用し…

At the bottom right of the page, there is a button labeled "選択機器の登録削除" (Delete Registration) with a trash icon.

4-1. 機器利用申請

機器が追加されました。

KUMaCo
Kyoto University Management System for Core Facilities

マイポータル / My Portal 登録情報の確認・変更 / Profile ログアウト / Log out

ようこそ、織田 ささえさん マイポータル > 共用研究機器 > 機器利用申請 運用年度 2019年度

MENU ×

- ドラッグディスカバリーセンタ
Drug Discovery Center
- 共用研究機器
Research Instruments
- 機器利用申請
Instrument Registration
- 機器予約
Time slot booking
- 予約済み機器一覧
Booking List
- 利用履歴
Usage history

共用研究機器 / Research Instruments

登録済み機器 / Equipment Enrolled

設置場所 -- 選択してください --

機器名

検索 Search クリア Clear

選択	機器コード	機器名	機器名 (英字)	設置場所	利用要件
<input type="checkbox"/>	00001M0070	フローサイトメーター BD L SRFortessa(TM)	BD LSRFortessa(TM) Cell Analyzer	総合解剖センター棟 研究機器室	共用 医学研究支援センターにおいて昨年も利用し…
<input type="checkbox"/>	00001M0110	オールインワン蛍光顕微鏡 BZ-9000	All-in-One Fluorescence Microscope BZ-9000	総合解剖センター棟 研究機器室	共用 医学研究支援センターにおいて昨年も利用し…

選択機器の登録削除
Delete Registration

4-1. 機器利用申請

※予約に進む前にお読みください

管理者承認の必要な機器について

共用研究機器の中には、KUMaCoで機器利用申請後、すぐに予約ができるものと、**担当部署の管理者の承認が必要なもの**があります。後者については**管理者が承認するまで予約できません**。

承認が必要な機器を申請した方には受付メールが届きます。(承認不要の機器はメールなし)

その後、管理者の承認が完了すると、もう一度通知メールが届きます。**承認通知が届かないうちはシステム上予約ができません、2通目の通知が届くまでお待ちください**。

00001M0362
セルソーター BD FACSAria(TM) IIIu
Cell Sorter BD FACSAria(TM) IIIu
管理者の承認が必要です。 / Administrator approval is required.

利用要件

- 昨年も利用していた
I used this instrumentation in last year.
- 機器説明会を受講した
I attended the training course for this instrumentation.
- 同機器の扱いに習熟している
I am an experienced user of this instrumentation.
- 扱いに習熟している知人・センタースタッフ・メーカーに 習いながら使用する (事前にご相談下さい)
I will use this instrumentation with an experienced colleague, MRSC staff, or technical support staff of manufacturer (Please contact MRSC in advance).

この利用要件で機器の登録

管理者の承認が必要な機器は申請時に上記のような注意書きが表示されます。

KUMaCo

ようこそ、線田 ささえさん

マイポータル > 共用研究機器(蛍光生体イメージング室) > 機器予約

MENU

医学・生命科学支援機構
Innovative Support Alliance for Life Science

共用研究機器(ドラッグディスカバリーセンター)
Research Instruments(Drug Discovery Center)

共用研究機器(蛍光生体イメージング室)
Research Instruments(Live Imaging Center)

機器利用申請

共用研究機器(蛍光生体イメージング室) / Research Instruments(Live Imaging Center)

機器名 / Equipment name

セルソーター BD FACSAria(TM) IIIu
管理者の承認が必要です。 / Administrator approval is required.

予約期間 / Reservation period

予約期間
Reservation period * 2021-03-27 10 : 00 ~ 00 :

承認が下りるまで予約画面では上記のアラートが表示され、予約ができません。